

USBポータブル8チャンネル
20ビット高精度温度ロガー
ATL-8 取扱説明書 (2021/10/9)



光ディスクからロボット、飛行機まで

アリス制御

〒663-8001

兵庫県 西宮市 田近野町 7-33-204

TEL : 0798-51-9345

URL : <https://www.als-ci.co.jp/>

Mail : kasai@als-ci.co.jp

LabVIEW は National Instruments Corporation の Trademark です。
Copyright 2021 National Instruments Corporation. All Right Reserved.
Copyright 2021 Pico Technology Ltd. All Right Reserved.
Copyright 2005-2021 ALS-CI Co., Ltd. All Right Reserved.

目 次

1. 温度データロガー「ATL-8」の内容	1
2. 推奨動作環境	2
3. USBドライバのインストール	2
4. 温度データロガー用LabVIEWプログラムのインストール	6
5. 温度データロガープログラムの実行とデータ採取	6
5.1 操作全般	7
5.2 サンプル周期設定	8
5.3 チャンネル設定パネル	8
5.3.1 「Ch On/Off」ボタン	8
5.3.2 「名前」設定器	8
5.3.3 「熱電対タイプ」選択リング	8
5.4 グラフ	8
5.5 データ保存	8
5.6 「イベントマーク」ボタン	9
5.7 監視範囲設定／解除	9
5.8 定時通知	10
5.9 メール情報の設定	10
5.10 「停止」ボタン	10
5.11 温度データのレジストリ書込み	10
5.12 LAN経由でのリモート温度モニタ（オプション）	12
6. 保存バイナリファイルの形式	13
7. ハードウェア部の性能	14
8. エラーメッセージ	14
9. データ2次処理用LabVIEWプログラムのインストール	15
10. データ2次処理プログラム	15
10.1 データ履歴	15
10.2 信号表示設定関連	16
10.2.1 信号名表示器	16
10.2.2 「信号表示 On/Off」ボタン	16
10.3 グラフ表示時間関連	16
10.4 マーカーサーチ	16
10.5 グラフ表示	17
10.5.1 Y軸スケール関連	17
10.5.2 カーソル関連	18
10.6 「CSV形式保存」ボタン	18
10.7 「印刷」ボタン	18

1. 温度データロガー「ATL-8」の内容

温度データロガー「ATL-8」の外観を図 1-1 に示します。ロガー上面には熱電対を接続するミニコネクタ 8 個 (Ch-1~8) と、動作状態を示す LED ランプがあります。

- (1) 「ATL-8」は熱電対をセンサとして 8 チャンネルの温度計測を行います。
- (2) 熱電対は用途にあわせて 8 種類のもので使用できます。「ATL-8」で使用できる熱電対とその説明を表 1-1 に示します。
- (3) 温度変化を監視して指定された温度範囲外になるとグラフ付メールで通報できます。
- (4) 設定された定時時間間隔ごとにグラフ付メールで通報できます。
- (5) 計測された温度データは、リアルタイムで Windows のレジストリに書込まれます。これをユーザープログラムで読出せば、温度制御などの独自アプリケーションを開発できます。
- (6) オプションで、離れた場所から iPad などの携帯端末で温度モニタしたり、自動スケジュール起動、異常時の電話音声通報も可能です。
- (7) データ 2 次処理では、データロガープログラムで採取され、.bin 拡張子のついたバイナリファイルに保存されたデータを読出して値を読み取ったり、グラフ画面を印刷したり、Excel で扱える大きさに切り出して CSV 保存できます。データロガーが現在、動作中の場合でも、その保存途中のファイルを用いて 2 次処理を行えます。



図 1-1 「ATL-8」の外観

表 1-1 ATL-8 で使用できる熱電対と特性

タイプ 記号	材 料		使用温度 範囲	短時間 使用温度	説 明
	+脚	-脚			
K (C-A)	10%Cr を含む Ni-Cr 合金 (クロメル)	AL・Mn を含 んだ Ni 合金 (アルメル)	-200℃ ～1000℃	1200℃	起電力特性がほぼ直線的で、工業用として最も多く使用されている。耐熱・耐食性が高く信頼性が高い。
J (I-C)	純 Fe	Cu-Ni 合金 (コンスタンタン)	0℃ ～ 600℃	750℃	熱起電力特性が E 熱電対に次いで高く、中温域で使用されている。工業的には K 熱電対に次いで使用されている。還元性雰囲気中での使用に適している。
T (C-C)	純 Cu	Cu-Ni 合金 (コンスタンタン)	-200℃ ～ 300℃	350℃	熱起電力が安定しており、電気抵抗が小さく、低温での精密測定に広く利用されている。
E (Gr-C)	10%Cr を含む Ni-Cr 合金 (クロメル)	Cu-Ni 合金 (コンスタンタン)	-200℃ ～ 700℃	800℃	熱起電力特性が JIS 規格熱電対の中で最も高い。逆に電気抵抗も最も高いため、計器の選択に注意が必要。
N	Ni, Cr と Si を主とした 合金 (ナイロシル)	Ni と Si を主 とした合金 (ナイシル)	-200℃ ～1200℃	1250℃	低温から高温まで、広範囲にわたって熱起電力が安定している。
R	13%Rh を含む Pt-Rh 合金	Pt	0℃ ～1400℃	1600℃	高温での不活性ガスおよび、酸化雰囲気での精密測定に適している。還元性雰囲気・金属性ガスには極めて弱い。精度が良くバラツキや劣化が少ないため、標準熱電対として利用されている。
S	10%Rh を含む Pt-Rh 合金	Pt	0℃ ～1400℃	1600℃	
B	30%Rh を含む Pt-Rh 合金	6%Rh を含む Pt-Rh 合金	0℃ ～1500℃	1700℃	JIS 規格熱電対で最も使用温度が高い。酸化性雰囲気では耐熱性・安定性に優れた精度をもつ。還元性雰囲気・金属性ガスには極めて弱い。

2. 推奨動作環境

推奨動作環境を以下に示します。

OS : Windows 10, 8(8.1), 7, Vista

CPU : Celeron 2GHz 以上

メモリ : 1GB 以上

ハードディスク : 0.9MB+Runtime ライブラリ (720MB)

ディスプレイ : 1024×768 以上

インターフェース : USB 1.1 以上

3. USB ドライバのインストール

温度ロガー「ATL-8」の USB ドライバのインストール手順を以下に示します。

以下の手順(11)が完了するまでロガーハードウェアをパソコンに接続しないでください。


- (1) プログラム DVD ROM をパソコンのプログラムインストール用ドライブにセットします。
- (2) プログラム DVD ROM を開き、「PicoLog_r5_22_6.exe」をダブルクリックします。
- (3) インストール過程で用いる言語選択画面が現れますので、「英語(米国)」を選び「OK」ボタンを押します。



(4) インストール画面が現れますので、「Next >」ボタンを押します。




(5) ソフトウェアのライセンス契約書への同意を求める画面が出ます。




「I accept the terms in the license agreement」をクリックして選択し、「Next >」ボタンを押します。

(6) デバイスの選択画面が表示されますので、Device 欄にある下矢印をクリックします。




現れる項目から「TC-08 (USB)」をクリックします。そして、「Next >」ボタンを押します。

(7) インストールする機能の選択画面が表示されますので、そのまま「Next >」ボタンを押します。



- (8) インストールの準備が完了したことを示す画面が表示されますので「Install」ボタンを押すとインストールが開始されます。




ユーザーアカウント制御の画面が現れますので「続行(C)」をクリックしてください。

- (9) プログラムをインストール中の画面がしばらく出ます。



(10) インストール完了の画面が出ますので「Finish」ボタンを押します。




4. 温度データロガー用 LabVIEW プログラムのインストール

- (1) プログラム DVD ROM をパソコンのプログラムインストール用ドライブにセットします。
- (2) プログラム DVD ROM を開き、「Vista78X」フォルダの「Log_Installer」フォルダに入っている「setup.exe」をダブルクリックします。ユーザーアカウント制御の画面が現れますので「許可(A)」をクリックしてください。
- (3) ATL-8 Log のインストーラが起動します。
 - (3-1) 「インストール先」画面では、ATL-8 Log 用フォルダと National Instruments 製品用フォルダを指定しますが、通常はそのまま「次へ(N)>>」ボタンを押してください。デフォルトでは「C:\¥At18」フォルダに「At18_log.exe」という名称でインストールされます。
「Program Files」フォルダにはインストールできません。
 - (3-2) NATIONAL INSTRUMENTS の「ライセンス契約書」の画面では、「ライセンス契約書に同意する」をクリックしてから「次へ(N)>>」ボタンを押してください。
 - (3-3) 「インストーラの実行を開始」の画面では、そのまま「次へ(N)>>」ボタンを押してください。
- (4) 「インストール完了」の画面がでますので、「終了(F)」ボタンを押すと、再起動要求のダイアログがでます。「再起動(R)」ボタンを押して再起動してください。

5. 温度データロガープログラムの実行とデータ採取

初回の起動時だけ、プログラムライセンスの認証が行われますので、プログラム DVD ROM をインストール用ドライブにいたままにしておいてください。(次回以降は不要です)

USB 温度データロガー本体をパソコンに接続した後、デスクトップの「At18_log」アイコン  をダブルクリックするか「At18」フォルダ内の「At18_log.exe」をダブルクリックするとプログラムが起動します。データ保存ファイルは最初に現われるウインドウ

で.bin 拡張子をつけて指定してください。デフォルトで「無題.bin」が指定されるようになっています。指定した「温度データ保存パス」が画面左上に表示されます。

ロガーソフトウェアが「ATL-8」のハードウェアをオープンすると上面のLEDが赤点灯し、温度データを取り込むごとに緑色に変わります。




図 5-1 温度データロガー画面

5.1 操作全般

この温度データロガーは計測用言語 LabVIEW でプログラミングされていますので、操作はきわめて直感的で、画面を見て実際に操作すればほとんどわかるようになっています。さらに、画面上のスイッチやノブにマウスカーソルを置いてしばらくすると、そのスイッチやノブの説明が表示されます。(表示されない場合は、一旦、マウスをずらして再度近づけてください)

- (1) 画面には表示器と設定器がありますが、灰色で表示される領域は表示領域で、白色の領域は設定器です。
- (2) 数値の設定はすべて半角英数字で入力してください。
- (3) 数値を入力するには、3種類の方法があります。
 - (3-1) 入力領域の数値全体をマウスでドラッグして黒く選択し、新しい設定値をキーボードから入力してください。
 - (3-2) 左側にある UP/DOWN ボタンをクリックしても値を変更できます。特定の桁を Up/Down するには、まえもってカーソルを変更希望桁の右側においてから Up/Down ボタンをクリックしてください。
 - (3-3) キーボードの Up↑, Down↓ キーでも値を変更できます。特定の桁を Up/Down するには、まえもってカーソルを変更希望桁の右側においてから Up/Down キーを押してくだ

さい。桁移動は←→キーで行います。

設定された計測条件はプログラム終了時に保存され、次回からは保存された計測条件でプログラムを起動することができます。

5.2 サンプル周期設定

サンプル周期を設定するには「サンプル周期(ms)」領域の数値全体をマウスでドラッグして黒く選択し、新しい設定値をキーボード入力してください。左側のUP/DOWN ボタンでも値を変更できます。

サンプル周期の設定範囲は200ms から 1000 秒ですが、最短のサンプル周期は動作チャンネル数に依存し、(5-1)式のようにになっています。

$$\text{最短サンプル周期(ms)} = 100\text{ms} \times (\text{チャンネル数}) + 100\text{ms} \quad (5-1)$$

設定しようとしたサンプル周期の値が(5-1)式の値以下の場合、自動的に制限値に補正されます。

5.3 チャンネル設定パネル

5.3.1 「Ch On/Off」ボタン

チャンネル On/Off パネルには「1」～「8」の「Ch On/Off」ボタンがあります。各チャンネルのボタンをクリックして押すとランプが点灯し、そのチャンネルが On になります。ランプの色が描画されるグラフプロットの色に対応します。

5.3.2 「名前」設定器

各チャンネルボタンの右側に信号名の設定器があります。ここをクリックして適当な信号名を設定してください。

5.3.3 「熱電対タイプ」選択リング

「熱電対タイプ」選択リングをクリックし、現れるリストの中から使用する熱電対のタイプ(K, J, N, R, S, T, B, E)を選択してください。

5.4 グラフ

- (1) グラフにはロギングされたデータのうち、60 個分が表示されます。
- (2) ログ終了後は、グラフ下部にあるスクロールバーでプロットを 300 サンプルの範囲でスクロールできます。

5.5 データ保存

- (1) 「データ保存」ボタンを押すとログデータをファイルにバイナリー形式(*.bin)で保存します。
- (2) データ保存ファイルはプログラムを起動したとき、最初に現われるウィンドウで.bin 拡張子をつけて指定してください。デフォルトで「無題.bin」が指定されるようになっています。指定した「温度データ保存パス」が画面左上に表示されます。
- (3) データ保存中に動作モードやサンプル周期、チャンネル数、入力レンジなど計測関連の設定を変更すると、**それまでの保存データを廃棄し**、新たに先頭からファイル保存を行いますのでご注意ください。
- (4) 保存中に再度「データ保存」ボタンを押すとログ動作を終了します。

(5) データ保存している場合には、ログ終了後に、テキスト形式でもデータ保存するかどうか聞いてきますので、どちらか指定してください。作成されるテキストファイル名は上記の(2)で指定した「ファイル名.txt」となり、バイナリファイルと同じフォルダに保存されます。名称はデフォルトでは「無題.txt」となります。バイナリファイルの5倍程度の大きさのファイルとなり、大量のデータの場合は処理時間もかかりますのでご注意ください。

ご注意) Windowsの自動更新の設定が「自動(推奨)(U)」になっていると、パソコンが自動的に再起動する場合があります。この場合、データロガープログラムは停止しますので、長時間データ保存する場合は、自動更新を「自動(推奨)(U)」以外に設定してください。

5.6 「イベントマーク」ボタン

データ採取中にイベントマークをつけたい時に押してください。イベントマークの最大個数は200個です。

5.7 監視範囲設定／解除

この温度データロガー「ATL-8」では、設定されたチャンネルについて温度の監視を行い、温度が設定された範囲を超えると、事前に登録された2箇所に図5-2のようなトレンドグラフを添付したメールで通報できます。

温度が設定範囲内にあるかどうかは1分周期で判断されます。

トレンドグラフの表示時間幅はパソコンのロガー画面のグラフと同じで、サンプル周期に応じて変わります。グラフ表示の大きさは220×250dotで、3kB程度のpng形式の画像です。

トレンドグラフ以外に、本文中に現在温度も数値で表示されますので、携帯電話の場合、添付グラフを受信しなければ通信コストもかかりません。

監視温度範囲を設定するには、温度ロガー画面右上部の「監視範囲設定／解除」ボタンを押します。図5-3のような温度範囲設定／解除のダイアログが現れますので、各信号名称ごとに上限温度と下限温度を設定し、「完了」ボタンを押してください。上限／下限の一方だけでも設定できます。




図5-2 トレンドグラフ付メール表示例(携帯電話での受信イメージ)




図5-3 温度範囲設定／解除ダイアログ

監視範囲がすでに設定されているときに「監視範囲設定／解除」ボタンを押すと現在の監視温度が表示されますので、温度設定を変更できます。

設定されている温度範囲の監視をすべて中止するには「解除」ボタンを押してください。

5.8 定時通知

指定された時間間隔で定期的に測定した温度を2箇所にトレンドグラフ付のメールで通報できます。トレンドグラフの内容は5.8節と同じです。通報時間間隔を「定時通知間隔(分)」設定器で設定してください。通知間隔はいつでも変更できます。

「定時通知間隔(分)」設定器に0を設定すると定時通知を行いません。

5.9 メール情報の設定

画面下の水平スクロールバーを右にドラッグすると、右側に隠れていた「パスワード」設定が現れます。このパスワードはメール情報のパスワードを兼ねています。正しいメールパスワードを入力すると、図5-4のような「Mail情報」設定パネルが現れ、メールサーバー名やパスワードなど、現在設定されているメール情報が表示されます。

最初にメール情報を入力する場合は、パスワードに「admin」と入れるとすべての情報が初期化されて空白で表示されますので、各項目に入力してください。

「送り先Mailアドレス1,2」が空白の場合、メールは送られません。図5-4の場合はメールは1箇所のみに送られます。

すべての項目に入力し終わったら、「Mail情報設定と試験送信」ボタンを押してください。メール情報が正しい場合には、指定した送り先に試験メールが送られますので、それが届くことを確認してください。メールが届かない場合は、再度、メール設定を確認してください。メール情報は「停止」ボタンを押してプログラム終了後に暗号化して記憶されます。

5.10 「停止」ボタン

データ採取を終了するための押しボタンです。

5.11 温度データのレジストリ書込み

温度データロガー「ATL-8」で採取中の温度データは、リアルタイムにWindowsのレジストリにも書込まれます。このレジストリに書かれた温度データをユーザープログラムで利用することができます。

書込まれるレジストリ領域は、

HKEY_CURRENT_USER¥Software¥At18

です。レジストリキーはすべて文字列属性(REG_SZ)で、その内容を表5-1に示します。

図5-4 メール設定

表 5-1 温度データが書込まれるレジストリキーの内容

キー名称	種類	データ
Temp_Ch1	REG_SZ	小数点以下 2 桁の文字列 計測していない Ch のデータは 2000.00 となる。
Temp_Ch2	REG_SZ	
Temp_Ch3	REG_SZ	
Temp_Ch4	REG_SZ	
Temp_Ch5	REG_SZ	
Temp_Ch6	REG_SZ	
Temp_Ch7	REG_SZ	
Temp_Ch8	REG_SZ	

5.12 LAN 経由でのリモート温度モニタ（オプション）

この温度データロガープログラムは、Web サーバー機能をオプションで追加でき、LAN で接続された別の場所にあるパソコンや iPad、携帯端末などから温度グラフをモニターできます。

この温度データロガープログラムがインストールされているパソコンの IP アドレスを、たとえば、192.168.1.10 とすれば、

別の端末から LAN 経由で温度データを見るには、Web ブラウザを用いて、

<http://192.168.1.10/tempdata/disptemp.html>

にアクセスします。図 5.5 のような温度グラフが表示されて、5 秒ごとに表示が更新されます。




図 5.5 温度グラフリモート表示

会社などの LAN では、セキュリティ上、Web サーバーを開設することが許可されていない場合がありますので、ネット管理者の方にご確認ください。

なお、本 Web サーバーはグラフ表示のみに機能を限定していますので、セキュリティの面の安全性はきわめて高いものです。

6. 保存バイナリーファイルの形式

データが保存されるバイナリーファイルの形式は下表のようになっています。ヘッダに続いて採取データ群が続いています。データはすべて単精度浮動小数表記 (Big Endian) で、チャンネル ON/OFF エリアで ON 設定された先頭 ChM データ, …最終 ChN データの順に行方向に記録されます。1つの文字も 4byte 浮動小数表記されていることにご注意ください。

表 6-1 保存バイナリーファイルの形式

	内容	ChM データ	…	ChN データ		
ヘッダー	ヘッダ長	ヘッダ長(自分を含む)				
	記録時刻文字列長	記録時刻文字列長				
	記録時刻文字列 (1文字ずつ 4byte 浮動小数表記)	記録年文字先頭('2')	記録年文字('0')			
		記録年文字('0')	記録年文字('7')			
		文字('/')	記録月文字先頭			
		記録月文字	記録月文字			
		文字('/')	記録日文字先頭			
		記録日文字	記録日文字			
		スペース文字(' ')	記録時間文字先頭			
		記録時間文字	記録時間文字			
		時刻区切り(':')	記録分文字先頭			
		記録分文字	記録分文字			
		チャンネル名称文字数	チャンネル名称文字数			
		チャンネル名称 (各文字は 4byte 浮動小数表記)	先頭チャンネル先頭文字	先頭チャンネル先頭文字		
			…	…		
			先頭チャンネル末尾文字	先頭チャンネル末尾文字		
	タブ区切文字		次チャンネル先頭文字			
	…		…			
	タブ区切文字		最終チャンネル先頭文字			
	…		…			
最終チャンネル末尾文字	最終チャンネル末尾文字					
タブ区切文字	タブ区切文字					
サンプル周期 (ms)	サンプル周期					
マーカー	マーカー Index (200 個)	マーカー #1 の Index				
		…				
		マーカー #m の Index				
採取データ (V 単位)	動作チャンネル状態	ビット表記 (0:off, 1:On)				
	採取データ #1	ChM データ #1	…	ChN データ #1		
	…	…	…	…		
	採取データ #n	ChM データ #n	…	ChN データ #n		

(M=1~7<N=2~8)

7. ハードウェア部の性能


表 7-1 ハードウェア部の仕様


項目	仕様値	備考
チャンネル数	8 熱電対入力チャンネル 冷接点補償チャンネル	冷接点補償は内部チャンネルです
入力電圧レンジ	±70mV	
入力分解能	20 bit	
サンプル周期	0.2~1000sec	最短周期は入力チャンネル数に依存します(式 5-1)
温度精度	読取値 × (±0.2%) ±0.5°C	
熱電対種類	8 種類 (J, K, R, S, T, N, E, B)	
入力インピーダンス	2MΩ	
インターフェース	USB 1.1	USB より電源供給 (Max 500mA)
質量	280 g	ケーブルを除く
メーカー	Pico Technology 社	英国

8. エラーメッセージ

通常のデータログ動作でエラーが発生することはありません。なんらかの影響でデータログ処理が途中で中断されると「停止」ボタンの部分にエラーメッセージが表示されます。

(1) Open Device

説明：(1-1) ロガーハードウェアがパソコンに接続されていません。ハードウェアを USB ケーブルでパソコンに接続後、画面左上の実行  アイコンを押してデータログプログラムを再起動してください。それでもエラーが継続する場合には「At18_log.exe」プログラムを一旦終了させ、再度「At18_log.exe」プログラムを起動させてください。

(1-2) 何らかの原因で Device をオープンできません。一旦、ロガーの USB ケーブルを抜き、再度差し込んでから、画面左上の実行  アイコンを押してデータログプログラムを再起動してください。

(2) S/N 不一致

説明：データロガー本体の S/N とプログラムの S/N が一致していませんので、表示された S/N のデータロガー本体をパソコンに接続してください。

9. ポスト処理用 LabVIEW プログラムのインストール


- (1) プログラム DVD ROM をパソコンのプログラムインストール用ドライブにセットします。
- (2) プログラム DVD ROM を開き、「Vista78X」フォルダの「Post_Installer」フォルダに入っている「setup.exe」をダブルクリックします。

ユーザーアカウント制御の画面が現れますので「許可(A)」をクリックしてください。

- (3) あとは画面に現われる指示にしたがってインストールしてください。デフォルトでは「C:\¥AtI8」フォルダに「AtI8_post.exe」という名称でインストールされます。

10. データ 2 次処理プログラム

データ 2 次処理プログラムは、データロガープログラムで採取され、.bin 拡張子のついたバイナリファイルに保存されたデータを読み出して値を読み取ったり、グラフ画面を印刷したり、Excel で扱える大きさに切り出したりするためのプログラムです。データロガーが現在、動作中の場合でも、その保存途中のファイルを用いて 2 次処理を行えます。

デスクトップの「AtI8_post」アイコン  をダブルクリックするか「AtI8」フォルダ内の「AtI8_post.exe」をダブルクリックするとプログラムが起動し、データ処理するファイル名を指定する画面が現われますので、データログプログラムで保存したバイナリファイル(*.bin)を指定してください。デフォルトでは「無題.bin」が表示されます。




図 10-1 データ 2 次処理画面

10.1 データ履歴

画面の左上部には読み込まれたファイル中のデータの履歴が表示されます。

- (1) 「記録開始時刻」は、このデータが記録された日時です。
- (2) 「全観測時間(s)」は、ファイル中のデータ全体の時間長です。

現在、データロガープログラムが動作中で、データ採取動作を行っている最中の場合、現在までの観測時間を表示しますので、この時間までのデータについて処理できます。

(Note) 新たに採取されたデータについて処理したい場合は、一旦、このデータ 2 次処理

プログラムを「停止」ボタンを押して終了させた後、画面左上の実行アイコンを押してデータ2次処理プログラムを再起動してください。

(3) 「サンプル周期 (s)」は、このデータが採取されたサンプル周期 (s) です。

10. 2 信号表示設定関連

画面右上部には信号表示設定エリアがあります。

10. 2. 1 信号名表示器

ログデータに保存された信号の名称が表示されます。

10. 2. 2 「信号表示 On/Off」ボタン

ログデータに保存された信号のうち、どの信号を表示するかを設定します。四角いボタンを押すと、その信号が表示されます。起動時にはマーカールを含め計測保存されたすべての信号が表示されます。

10. 3 グラフ表示時間関連

画面右部にはグラフ表示の時間を設定する数値設定があります。設定された数値はプログラム終了時に保存され、次回からは保存された数値設定でプログラムを起動することができます。

- (1) 「時間オフセット (s)」は、表示するデータの先頭の時間を設定します。
- (2) 「 Δ 時間オフセット (s)」は、「時間オフセット (s)」設定器の左側にある UP/DOWN ボタンをクリックしたときの増分を指定します。
- (3) 「表示時間 (s)」は、グラフに表示する時間幅を設定します。「表示時間 (s)」と「 Δ 時間オフセット (s)」を同じ値にすると、「時間オフセット (s)」左側の上向きボタンを押すだけでページめくりのような操作ができます。
- (4) 「 Δ 表示時間 (s)」は、「表示時間 (s)」設定器の左側にある UP/DOWN ボタンをクリックしたときの増分を指定します。
- (5) 「Excel 制限 ON」ボタンを押すと、Excel データ保存行数の限界を超えないように表示時間が自動的に制限されます。

10. 4 マーカーサーチ





イベントマーカールが記録されている場合、「マーカーサーチ」ボタンを押すとログデータ中に記録されたマーカー位置にジャンプし、マーカー位置を中心にしてデータが表示されます。「マーカーサーチ」ボタンの右側には「マーカーNo.」が表示されます。「マーカーサーチ」ボタンを押すたびに次のマーカーNo. にジャンプして表示が行われ、最大マーカーNo. に達するとマーカー番号 1 に戻ります。

10.5 グラフ表示

10.5.1 Y軸スケール関連

- (1) 縦軸目盛りの数値上で右クリックし、現われるショートカットで「自動スケールY」をクリックすると、縦軸のスケール範囲の設定を自動スケールとマニュアルスケールとで切り替えることができます。
- (2) 「自動スケールY」にチェックが入っていないマニュアルスケールの時、スケール目盛上下端の数値部分をドラッグして塗りつぶし、新しい値を入力するとスケールの範囲を指定範囲に変えることができます。

10.5.2 カーソル関連

- (1) カーソルは赤色と黄色の2つが表示されます。カーソルがグラフ内に現われていない時、グラフ下部にある赤/黄カーソル設定器の中央のT設定領域に値を設定すると、各カーソルをその時間位置に表示させられます。カーソルが一旦、グラフ内に表示されるとカーソルをドラッグして移動させることもできます。
- (2) 2つのカーソルの時間差が「カーソルΔT(s)」表示器に表示されます。
- (3) グラフ下部の「カーソル形式」アイコンを右クリックして現われるプルダウンメニューで、「スナップ」を選択し、さらに、「マーカー」や信号名のどれかを選択すると、そのカーソルを移動したとき、指定したプロットデータに追従させることができます。「カーソルΔ°C」表示器には2つのカーソルのY軸値の差が表示されますので、各カーソルを希望のプロットデータに追従するように設定してください。
- (4) 「カーソル形式」アイコンをクリックして、カーソル名称の背景が黄色になっているときは、カーソルムーバーでもカーソルを移動させることができます。
- (5) 「カーソル形式」アイコンを右クリックするとカーソルの色やスタイルなどの形式を設定できます。

10.6 「CSV形式保存」ボタン

このボタンが表示されているときは、画面上のデータをExcelのCSV形式で、もとのバイナリファイルと同じフォルダに保存できます。データが保存済みの場合、このボタンは表示されません。画面表示設定を変更すると再度「CSV形式保存」ボタンが現われ、保存できるようになります。CSV保存ファイル名はもとのバイナリファイル名の拡張子を.csvに変えたもので、CSV保存を繰り返すとファイル名に自動的にインデックスが付けられます。前述の時間設定器の自動制限により、保存データの行数はコメントを含めて65535行に制限されます。

10.7 「印刷」ボタン

グラフをパソコンの通常使うプリンタに印刷できます。グラフ上部にある「印刷」ボタンを押すと、印刷設定ダイアログが現れます。

グラフのタイトルと、A4用紙の上側余白を指定すると印刷を行います。

印刷設定

グラフタイトルと上側余白を入力してください

グラフタイトル

上側余白 (cm)

OK