



光ディスクからロボット、飛行機まで

アルス制測

ATL-8 (K型熱電対動作モード) 検査成績表

S/N : A0022/422

検査年月日 : 2020/05/04

| 検査入力 (°C) | 精度 (±°C) | 実測値 (°C) | | | | | | | |
|--------------|-------------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | Ch-1 | Ch-2 | Ch-3 | Ch-4 | Ch-5 | Ch-6 | Ch-7 | Ch-8 |
| -174 | 0.85 | -174.0 | -173.8 | -173.8 | -173.8 | -173.8 | -173.8 | -173.8 | -173.8 |
| -100 | 0.70 | -99.9 | -99.8 | -99.8 | -99.8 | -99.8 | -99.8 | -99.8 | -99.8 |
| 0 | 0.50 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
| 100 | 0.70 | 100.2 | 100.2 | 100.2 | 100.2 | 100.2 | 100.2 | 100.2 | 100.3 |
| 200 | 0.90 | 200.2 | 200.2 | 200.2 | 200.3 | 200.2 | 200.2 | 200.2 | 200.2 |
| 300 | 1.10 | 300.2 | 300.2 | 300.2 | 300.3 | 300.2 | 300.2 | 300.3 | 300.3 |
| 400 | 1.30 | 400.3 | 400.3 | 400.3 | 400.3 | 400.3 | 400.3 | 400.3 | 400.3 |
| 500 | 1.50 | 500.3 | 500.3 | 500.3 | 500.4 | 500.3 | 500.3 | 500.3 | 500.4 |
| 600 | 1.70 | 600.4 | 600.4 | 600.4 | 600.4 | 600.4 | 600.4 | 600.4 | 600.4 |
| 700 | 1.90 | 700.4 | 700.4 | 700.4 | 700.5 | 700.4 | 700.4 | 700.5 | 700.5 |
| 800 | 2.10 | 800.5 | 800.5 | 800.5 | 800.5 | 800.5 | 800.5 | 800.5 | 800.5 |
| 900 | 2.30 | 900.6 | 900.6 | 900.6 | 900.6 | 900.6 | 900.6 | 900.6 | 900.6 |
| 1000 | 2.50 | 1000.6 | 1000.6 | 1000.6 | 1000.7 | 1000.6 | 1000.6 | 1000.7 | 1000.7 |
| 1100 | 2.70 | 1100.7 | 1100.7 | 1100.6 | 1100.7 | 1100.7 | 1100.7 | 1100.7 | 1100.7 |
| 1200 | 2.90 | 1200.7 | 1200.7 | 1200.7 | 1200.8 | 1200.7 | 1200.7 | 1200.7 | 1200.8 |
| 1370 | 3.24 | 1370.0 | 1370.0 | 1370.0 | 1370.0 | 1370.0 | 1370.0 | 1370.0 | 1370.0 |

検査入力 : 標準器からの標準熱起電力による疑似温度入力で検査しています。

精度 (±°C) : ATL-8の仕様値 (読取値 × (±0.2%) ±0.5°C) です。

